

Số: /BVPBT-TCHC

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 5 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Phổi Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá làm cơ sở mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trương Thế Ngọc (02523.823934) – Phòng TCHC.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCHC – Bệnh viện Phổi Bình Thuận
  - Nhận qua email: [tngoc1981@gmail.com](mailto:tngoc1981@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h ngày 14 tháng 5 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	<b>Đầu dò bụng Convex đa tần số 4C-RS</b> Dùng cho máy siêu âm doppler màu. Model: LOGIQ F8 Expert Hãng sản xuất: GE Healthcare – Mỹ	<ul style="list-style-type: none"><li>Ứng dụng: bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa</li><li>Dải tần: <math>\geq</math> khoảng 2.0 – 5.0 MHz (là tần số nhỏ nhất ở B-Mode và tần số lớn nhất ở Harmonic Mode)</li><li>Số chấn tử: <math>\geq</math> 128</li><li>Bán kính Convex: <math>\geq</math> 60 mmR</li><li>FOV: <math>\geq</math> 58 độ</li><li>Tần số hình ảnh B-Mode: 2.0, 3.0,</li></ul>	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		4.0, 5.0 MHz, $\geq 4$ bước • Tần số hình ảnh Harmonic: 3.0, 4.0, 5.0 MHz, $\geq 3$ bước • Tần số CFM/PDI/PWD: 2.5, 2.8, 3.6 MHz, $\geq 3$ bước		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bệnh viện Phổi Bình Thuận – 3B Nguyễn Hội, P. Phan Thiết, Lâm Đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% sau khi hoàn thành

5. Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC, TTN.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Hồng Vũ**